



GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN

**SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG BUITEN DE
GEMEENTERAADSZITTING**

2017/037

Indiener: Freya Perdaens

Datum indiening: 21 november 2017

Vraag: Opvolgvraag AED's in Mechelen

Coördinator: Sociaal Huis – Welzijn – Directie Samen Leven

Andere bevoegde ambtenaren (diensten):

Antwoord college

1. 2 openbare AED buiten – publiek domein, steeds toegankelijk, verder hebben alle locaties van het sociaal huis een openbare AED (10) binnen de gebouwen en alle sportcomplexen.
2. Er zijn 46 geregistreerde AED gekend (inbegrepen die van het lokaal bestuur), de meeste binnen (bv. NMBS, Telenet e.d.); geen exact aantal gekend die buiten hangen (Rode Kruis wel).
3. Afdeling sociaal beleid zal dit zeker opnemen en bekijken hoe dit best pro actief besproken wordt met betrokken scholen. Er is wel geen budget voorzien binnen welzijn om dit financieel te stimuleren bij scholen die zich opgeven.
4. Er zijn momenteel geen plannen om extra AED te plaatsen. Mechelen draagt het label Hartveilige Gemeente nog t/m 2019 en voldoet aan de criteria van het Rode Kruis. Een AED is van belang maar het opleiden van Mechelaars en ambtenaren om te kunnen reanimeren is nog van groter belang. Tot nu toe zijn er honderden Mechelaars en ambtenaren opgeleid door Rode kruis Mechelen-Bonheiden om zowel te reanimeren als om een AED te gebruiken. Deze cursussen worden gefinancierd door Sociaal Huis en zijn dus gratis voor de deelnemers.
5. Er is nog ruimte om AED buiten te plaatsen. Er dient wel rekening gehouden met het historisch stadsbeeld. Verder heeft een AED nut als hij op maximum 5 minuten staat van de persoon die een hartfalen krijgt. Theoretisch om effectief heel Mechelen te dekken zouden er dus vele moeten hangen.

Nogmaals, Mechelen voldoet aan het label Hartveilig, het SH beleid heeft geen budget ingepland voor nieuwe aankoop. Een AED buiten is duurder – gezien verwarmde buitenkast. Vlaanderen heeft nog een lange weg te gaan op dit vlak (in vergelijking met bv. Ndl en Duitsland). De spoeddienst kan geen indicatie geven over relevante inplanting van nieuwe AED, ook het Rode Kruis doet dit niet. 5a. De twee openbare AED zijn op 6 jaar driemaal getroffen door vandalisme: eenmaal werd de AED zeeridder teruggevonden op Grote markt

en buitenkast beschadigd (moest vernieuwd), tweede maal werd de verzegeling verbroken en derde AED aan Lamot buitenkast bestickerd en beklad zodat het toestel onleesbaar was.

Mechelen, 18 december 2017

Opdracht burgemeester
van 02.01.2013, bij toepassing
van artikel 183 gemeentedecreet



Erik Laga
stadssecretaris



Koen Anciaux
schepen